アクアフレックスゲルパッド

取扱説明書

このたびはパーカーラボラトリー社製「アクアフレックスゲルパッド」をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。

「アクアフレックスゲルパッド」は超音波検査用のゲルパッドです。

注文コード	品番	商品名	入数
M00-000-41	04-02	アクアフレックスゲルパッド	6 個／箱

厚み：2cm　外径：9cm

注意

1. **医師、検査技師等の医療従事者以外は使用しないで下さい。**
2. **超音波検査の目的以外には使用しないでください。**
3. **本品の使用により、患者及び使用者に発疹・発赤・かゆみ等の症状があらわれた場合には、直ちに使用を中止して下さい。**
4. **健常皮膚以外には使用しないで下さい（粘膜・体液等との接触は意図しておりません）。**
5. **本品はディスポーザブル製品です。再使用しないでください。**

使用方法について

＜使用方法＞

1. 袋を開けて、ゲルパッドを容器から取り出します。ゲルパッドを皮膚上に留置してください（皮膚面での適切な位置は、皮下の検査対象組織の形に依ります）。
2. 検査終了後、ゲルパッドは破棄してください。
3. 皮膚が濡れている場合には、タオル等で拭き取ってください。

使　用　期　限

使用期限は製品及び外箱に表示しています。

保　　管

高温、多湿、直射日光及び水濡れを避けて保管してください。

連　絡　先

販売元：　村中医療器株式会社
〒594-1157　大阪府和泉市あゆみ野二丁目 8 番 2 号
TEL　0725-53-5546　　http://www.muranaka.co.jp